

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
NIP 5621565793, tel. 523832854, www.spzozbarcin.4bip.pl

Barcin, 19.11.2020 r.

Zapraszam do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) ofertę należy złożyć na załączonych drukach w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- 2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: **oferta na zadanie pn: „Dostawa, instalacja (montaż) miernika dawki promieniowana do aparatu Listem Korea rex 550 R do Pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia”**
- 3) podane ceny mają być wyrażone cyfrowo,
- 4) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
- 5) oferta ma obejmować całość przedmiotu zamówienia z podaniem ceny jednostkowej brutto oraz wartości brutto.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia.
- 2) Szczegółowe – minimalne określenie przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie
 - Niepewność pomiaru: < 1 % (przy stałym ciśnieniu i temperaturze)
 - Zależność energetyczna: < ± 8 % przy wartości 100 kV zgodnie z normą IEC 60580
 - Obszar pola dawki: Minimum: 0.01 μGym²/s / Maximum: 3,000.00 μGym²/s
 - Maksymalna powierzchnia dawki: 99999999.99 μGym²
 - Minimalna rozdzielczość: 0.01 μGym²
 - Liniowość: < ± 2 %
 - Obszar aktywny: 140 mm²
 - Przezroczystość optyczna: ≥ 75%
 - Zakres ge: 15 - 22 V DC
 - Okablowanie: Kabel niskiego napięcia oparty na standardach telekomunikacyjnych lub kabel sieciowy Ethernet
 - Adaptacja mechaniczna: Umieszczone bezpośrednio pod kolimatorem w szynach kolimatora dla aparatu Listem Korea rex 550 R.
 - Czas rejestracji emisji promieniowania: Minimum 0.01 s
 - Odpowiednik tłumienia: < 0.5 mm Al
 - Rozstaw elektrod: 4 mm
 - Napięcie komory: 410 V ± 5 %
 - pomiar dawki DAP w jednostkach cGy x cm²
 - Gwarancja: minimum 24 miesiące

3. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy.

4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000,- euro

Znak: KO – 10/2020

- 1) Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej: dyrektor@spzozbarcin.pl
- 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, o jakich mowa w pkt 1, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga (%) |
|----|--------------------------------------|----------|
| A. | Cena | 85 % |
| B. | Czas wykonania przedmiotu zamówienia | 10 % |
| C. | Okres gwarancji min 24 miesiące | 5 % |

Punkty przyznane za wymienione wyżej kryteria liczone będą w sposób następujący:

| Kryterium | Wzór |
|-----------|---|
| A. | <p style="text-align: right;">Cena</p> $A = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of}}} \times 100 \times 85 \%$ <p>C_{\min} – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert C_{of} – cena podana w ofercie ocenianej</p> |
| B. | <p style="text-align: right;">Czas wdrożenia</p> $B = \frac{T_{\min}}{T_{\text{of}}} \times 100 \times 10 \%$ <p>T_{\min} – najkrótszy czas wdrożenia spośród wszystkich ocenianych ofert T_{of} – czas wdrożenia podany w ofercie ocenianej</p> |
| C. | <p style="text-align: right;">Długość gwarancji</p> $C = \frac{G_{\text{of}}}{G_{\max}} \times 100 \times 5 \%$ <p>G_{of} – okres gwarancji w ofercie ocenianej G_{\max} – najwyższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert</p> |

6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

- 1) Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zaproszenia.
- 2) Kserokopia zaświadczenia o uprawnieniach do montażu aparatu
- 3) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do zaproszenia.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) W cenę oferty należy wliczyć:
 - a) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 - b) obowiązujący podatek od towarów i usług,
 - c) w cenie jednostkowej i całkowitej cenie oferty przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne zobowiązania publiczno-prawne płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 2) Cena oferty powinna być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymagom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10.00, w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, to jest w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 5, 88-190 Barcin, w pokoju Administracji – parter.
- 2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta na zadanie pn. „Dostawa, instalacja (montaż) miernika dawki promieniowana do aparatu Listem Korea rex 550 R do Pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia”
„Nie otwierać przed 27.11.2020 r., godz.10.15”.
- 3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
- 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r. o godz.10.15– w siedzibie Zamawiającego, w pokoju Administracji.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

Pani Alicja Wiczewska - Dyrektor SPZOZ w Barcinie, telefon 609 071 410
Pan Piotr Popielarski –Inspektor Ochrony Radiologicznej, telefon 512 595 791.

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:**

- 1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany podpisać umowę.
- 2) Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania zawarte w złożonej ofercie.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy lub wzór umowy :

.....
.....

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000,- euro


Znak: KO – 10/2020

****Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.**

Data: 19.11.2020 r.

W załączeniu:

1. Wzór oferty,
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie wykonawcy

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie

mgr Alicja Wiczewska

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000,- euro

Znak: KO – 10/2020

.....
(pieczętka wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

**Do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie
ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin**

Wykonawca.....

Adres.....

REGON..... NIP.....

Nr tel. Nr faksu

e-mail.....

Oferta

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawa, instalacja (montaż) miernika dawki promieniowana do aparatu Listem Korea rex 550 R do Pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia”

1. Oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę brutto:, zgodnie z poniższą specyfikacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto |
|-----|---|----------------|
| 1. | „Dostawa, instalacja (montaż) miernika dawki promieniowana do aparatu Listem Korea rex 550 R do Pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia” | |

Szczegółowe – minimalne określenie przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Parametry, warunek | Parametry/warunek wymagany | Odpowiedź Oferenta tak/nie |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Niepewność pomiaru: < 1 % (przy stałym ciśnieniu i temperaturze) | TAK | |
| 2. | Zależność energetyczna: < ± 8 % przy wartości 100 kV zgodnie z normą IEC 60580 | TAK | |

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000,- euro

Znak: KO – 10/2020

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 3. | Obszar pola dawki: Minimum: 0.01 $\mu\text{Gym}^2/\text{s}$ / Maximum: 3,000.00 $\mu\text{Gym}^2/\text{s}$ | TAK | |
| 4. | Maksymalna powierzchnia dawki: 99999999.99 μGym^2 | TAK | |
| 5. | Minimalna rozdzielczość: 0.01 μGym^2 | TAK | |
| 6. | Liniowość: $< \pm 2 \%$ | TAK | |
| 7. | Obszar aktywny: 140 mm ² | TAK | |
| 8. | Przezroczystość optyczna: $\geq 75\%$ | TAK | |
| 9. | Zakres ge: 15 - 22 V DC | TAK | |
| 10. | Okablowanie: Kabel niskiego napięcia oparty na standardach telekomunikacyjnych lub kabel sieciowy Ethernet | TAK | |
| 11. | Adaptacja mechaniczna: Umieszczone bezpośrednio pod kolimatorem w szynach kolimatora dla aparatu Listerm Korea rex 500 R | TAK | |
| 12. | Czas rejestracji emisji promieniowania: Minimum 0.01 s | TAK | |
| 13. | Odpowiednik tłumienia: $< 0.5 \text{ mm Al}$ | TAK | |
| 14. | Rozstaw elektrod: 4 mm | TAK | |
| 15. | Napięcie komory: 410 V $\pm 5 \%$ | TAK | |
| 16. | pomiar dawki DAP w jednostkach cGy x cm ² | TAK | |
| 17. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | TAK | |

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz zdobyłem potrzebne informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w zaproszeniu.
4. Akceptuję termin płatności za faktury w terminie 21 dni od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury.
5. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.*
6. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w punkcie 6 zaproszenia:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić

Umowa

zawarta w dniu....., pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin, NIP 5621565793 zwanym dalej „Zamawiającym”, którego Dyrektorem jest

a

.....
.....
.....

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym

przez:.....

W związku z wyborem oferty „Wykonawcy” zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja (montaż) miernika dawki promieniowana do aparatu Listem Korea rex 550 R do Pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia
2. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z ofertą stanowią integralną część umowy.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie obowiązujące normy jakościowe i jest dopuszczony do obrotu.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich.

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:
2. Termin zrealizowania przedmiotu umowy: 21 dni od daty podpisania umowy

§ 4.

1. Strony zgodnie oświadczają, że cena przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę brutto (słownie:)

2. Termin zapłaty faktury ustala się do 21 dni licząc od daty jej otrzymania przez „Zamawiającego”.
3. „Wykonawca” zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby „Zamawiającego” własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zainstalowania przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego własność określoną w § 1 niniejszej umowy.
2. Wraz z zainstalowaniem przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkiego rodzaju dokumenty, certyfikaty, instrukcje potrzebne do prawidłowego korzystania z niego oraz zapewni nieodpłatnie przeszkolenie personelu Zamawiającego odnośnie obsługi przedmiotu umowy.

§ 6.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi za wady na przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1, liczonej od dnia oddania do użytku przedmiotu umowy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się naprawić wykrytą wadę lub dostarczyć przedmiot wolny od wad, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wykryciu wady.
4. Zawiadomienie o wykryciu wady powinno być dokonane w terminie tygodnia od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej.

§ 7.

1. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy niepełnowartościowego, o obniżonej jakości, z wadami, uszkodzeniami i ma prawo żądać dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego warunkom umowy w terminie 3 dni.
2. Odmowa odbioru dostawy powinna być potwierdzona na piśmie z podaniem przyczyny.

§ 8.

1. W przypadku uchybienia w terminie płatności „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” odsetki w wysokości ustawowej.
2. „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” za niedotrzymanie z własnej winy terminu dostawy 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej.
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru „Wykonawcy”, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te korzystne są dla „Zamawiającego”.

§ 10.

1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie następuje poprzez poinformowanie Wykonawcy o woli odstąpienia w formie pisemnej.

§ 11.

W sprawach w umowie nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....
(data, podpis, pieczęć)

.....
(data, podpis, pieczęć)

Załącznik nr 3 do zaproszenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 – tekst jednolity, ost. zm. Dz. U. 2019, poz. 730))

składając ofertę na zadanie pod nazwą:

„Dostawa, instalacja (montaż) miernika dawki promieniowana do aparatu Listem Korea rex 550 R do Pracowni RTG Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia”

oświadczam, że:


.....
(nazwa i siedziba „Wykonawcy”)

Spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy.

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu)

Zatwierdzam:

dyrektor:
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie

mgr Alicja Wiczewska