

Barcin, 07.06.2021 r.

SPZOZ –W-65/2021

**ASEPT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 12A,
6-300 Przasnysz**

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy: KO-04/2021, Załącznik nr 1, Pozycja 26-28

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 18Fr - 22Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie

Odpowiedź: TAK proszę wpisać to w uwagach.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26-28 z Załącznika nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: NIE w pkt. 1 ppkt.8 zaproszenia jest informacja , że „w przypadku posiadania wybranego asortymentu o innej nazwie proszę zaznaczyć to w rubryce uwagi oraz wskazać nazwę”.

2/11 Dyrektor

Główny księgowy
Krzysztof Sobczak