

Barcin, , 06.08.2021r.

Eclipse Boluk-Sobolewska spółka komandytowa
ul. prof. M. Życzkowskiego
16, 31-864 Kraków

Nr post.: KO-05/2021, Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr I

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).
Odpowiedź: Prosimy o podanie cen jednostkowych brutto do czterech miejsc po przecinku – tak jak w formularzu ofertowym lub wycenić całe opakowanie i w uwagach wpisać ilość w opakowaniu.
2. Czy Zamawiający dopuści próbówki z korkami trzyczęściowymi.
Uzasadnienie: Proponowane przez firmę Greiner Bio One korki składają się z wewnętrznego gumowego korka, zewnętrznej plastikowej osłonki określającej kod kolorystyczny (zgodnie z normą ISO 6710) oraz pierścienia na górnej powierzchni korka. Taka 3 –częściowa struktura zapobiega powstawaniu efektu aerozolu, chroni Użytkownika przed kontaktem z materiałem biologicznym, pierścień dodatkowo stabilizuje zamknięcie, przez co pozostaje ono szczelne nawet po wielokrotnym przebijaniu korka.
Odpowiedź: NIE
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbek z datą ważności minimum 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
Odpowiedź: TAK
4. Zwracamy się o wyjaśnienie wymogu Zamawiającego: „wszystkie produkty oferowanego systemu powinny być ze sobą kompatybilne” czy w związku z tym wszystkie elementy systemu zamkniętego mają pochodzić od jednego producenta
Odpowiedź: TAK
5. Czy Zamawiający dopuści uchwyty jednorazowego użytku posiadające znak CE na najmniejszym opakowaniu handlowym (uchwyty pakowane są po 10 szt)
Odpowiedź: TAK
6. Czy Zamawiający dopuści próbówki do OB. z 3,2 % cytrynianem sodu, Zgodnie z wytycznymi WHO oraz CLSI dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% a 3,8%, a wymagana ilość pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika wynosi 4:1
Odpowiedź: TAK
7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek (do próbek do OB.) z uszczelkami mocującymi, kompatybilnych do zaproponowanych próbek do OB.
Odpowiedź: TAK
8. Zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny rurek do OB. w oddzielnej pozycji asortymentowej (poprzez wprowadzenie pozycji 5a) w ilości odpowiadającej ilości próbek do OB, jako że rurki są odrębnym wyrobem posiadającym swój własny numer katalogowy.
Odpowiedź: Nie- komplet

9. Zamawiający wymaga aby próbki gwarantowały „ szybkie wykrzepianie krwi” czy w związku z tym Zamawiający oczekuje zaoferowanie próbek do uzyskiwania surowicy z czasem wykrzepiania do 30 min, potwierdzone oświadczeniem producenta

Odpowiedź: NIE

10. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich próbek wykonanych z tworzywa sztucznego zwiększającego bezpieczeństwo pracy personelu medycznego.

Odpowiedź: TAK

11. Ze względu na wymóg Zamawiającego dotyczący dostarczania systemu na koszt Wykonawcy zwracamy się do Zamawiającego o podanie informacji o częstotliwości wykonywanych zamówień w skali miesiąca.

Odpowiedź: 1 raz na 3 miesiące

12. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia elementów systemu, których data przydatności do użycia nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego.

Odpowiedź: TAK

13. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 próbki do OB. o obj. pobieranej krwi 1,6 ml, a w próbce występuje 0,4 ml płynnego odczynnika (cytrynianu sodu) zgodnie z wymaganą proporcją ilości krwi do odczynnika 4:1

Odpowiedź: TAK

14. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w przypadku próbek do glukozy w poz. 4 oferent może zaoferować tylko jeden typ próbki tj. z odczynnikiem NaF/EDTA?

Odpowiedź: TAK

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barczynie
A. Wiczewska
mgr Alicja Wiczewska