

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Barcinie
ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin**

Wykonawca.....

Adres.....

REGON.....

NIP.....

Nr Tel.....

Nr faksu

e-mail.....

Oferta

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

„Dostawa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku oraz analizatorów do laboratorium .”

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę brutto:

I. Probówki System Próźniowy

Lp.	Nazwa	Opakowanie (ilość sztuk)	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	Probówki do surowicy z przezroczystego tworzywa z przyspieszaczem wykrzepiania , o poj. 4 ml (13 x75)				
2	Probówki do hematologii z EDTA o poj. 2 ml				
3	Probówki do koagulologii (cytrian sodu 3,2%) o poj. 2-3 ml z podwójną ścianką, zabezpieczon przed parowaniem odczynnika				
4	Probówki do glukozy z NaF/EDTA; HEPARYNA o poj. 2 ml (13 x75)				
5	Probówki do oznaczania OB. (cytrynian sodu 3,8%) o poj. 1,6 ml oraz rurki z podziałką, uszczelką i korkiem zerującym –				
6	Igły dwustronne kompatybilne z uchwytem i probówką z próżnią - 0,8 mm x 38-40 mm				
7	Uchwyt (holder) do igły dwustronnej i probówki z próżnią – roczne zapotrzebowanie 15.000 szt				

II. Sprzęt jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa	Opakowanie (ilość sztuk)	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	Probówki do hematologii z EDTA K2 i kapilarą o poj. 200µl-				
2	Probówki do badań biochemicznych z przyspieszaczem wykrzepiania z kapilarą o poj. 200-300 µl				
3	Kuwety do spektrofotometrów MAKRO z PS o poj.4 ml				
4	Kuwety do spektrofotometrów MIKRO z PS o poj.0,5-2,5 ml				
5	Końcówki do pipet typu Eppendorf o poj. do 200 µl				
6	Końcówki do pipet typu Eppendorf o poj. do 1000 µl				
7	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z dnem stożkowym bezbarwne				
8	Nakłuwacze automatyczne MEDLANCE igłowe – igła 2,4 mm				
9	Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe o wymiarach 22x22 mm				
10	Kuwety typu CHROM				
11	Szkiełka mikroskopowe podstawowe- cięte bez pola do opisu 76x26x1mm				
12	Probówki stożkowe bez kołnierza z PS + korki do probówek o poj. 10 ml				

III. Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora

Lp.	Nazwa	opakowanie	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	uwagi
1.	Dzierżawa aparatu	Rok		X	
2.	Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego				
3.	Zestaw do oznaczania APTT				
4.	Osocze kontrolne – poziom I				
5.	Osocze kontrolne – poziom II				
6.	Probówki do koagulometru				

Pakiet odczynników stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi.

IV. Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora hematologicznego z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji

Formularz wymaganych parametrów:

Nazwa i typ analizatora	
Producent	
Kraj producenta	
Rok produkcji	

Warunki graniczne analizatora hematologicznego 5 DIFF

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE (wymagana odpowieź tak)	Opis
1	Analizator nie starszy niż rok 2021 wraz z zestawem komputerowym		
2	Wydajność analizatora – min 60 ozn./godz;		
3	Pamięć wyników pacjenta – 100.000		
4	Analizator kompaktowy do ustawienia na stole laboratoryjnym, waga poniżej 25 kg, wymiary: wys. 400 mm, szer. 320 mm, gł. 410 mm		
5	Automatyczna analiza Mnin 25 parametrów WBC, Lym%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%. Lym#, Mon#, Neu#, EOS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-VC, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, histogram z WBC, RBC, PLT , 3 skategamy dla WBC		
6	Oddzielny kanał pomiarowy do oznaczenia bazofili		
7	Odczynniki bezcyjankowe		
8	Zakres linowości: WBC 500/10 9 L; RBC 8/10 12L; HGB 250g/L; PLT 5000/10 9 /		
9	Oprogramowanie automatyczne informujące o obecności komórek atypowych		
10	Objętość próbki – krew pełna: 15µl		
11	Błąd przeniesienia WBC, RBC, HGB \leq 0,5%, PLT \leq 1%;		
12	Duży, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny. Wynik zawierający wartość wszystkich parametrów oraz histogramy		

13	Możliwość wydruku na drukarce wewnętrznej i zewnętrznej		
14	4 porty USB, możliwość podłączenia do analizatora klawiatury zewnętrznej, czytnika bar kodów		
15	Zamknięty system odczynnikowy, maksymalna liczba odczynników rutynowych: 3;		
16	Obsługa aparatu za pomocą komputera zewnętrznego z oprogramowaniem w języku polskim		
17	Bezpłatny serwis w czasie obowiązywania umowy		
18	Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni		

Dzierżawa analizatora	Kwota brutto
Opłata miesięczna	

Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Lp.	Nazwa odczynnika	Opakowanie/objętość	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	Diluent				
2	Lizat 1				
3	Lizat 2				
4	Płyn czyszczący igłę				
5	Kalibrator				
6	Krew kontrolna – L				
7	Krew kontrolna – N				
8	Krew kontrolna –H				

Cena jednostkowa za oznaczenie brutto:	
---	--

V. Odczynniki do oznaczeń biochemicznych na aparat PICTUS -400 w systemie otwartym

Lp.	Nazwa odczynnika	Opakowanie (ml)	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	Amylaza				
2	ALT				
3	ASAT				
4	ALP				
5	Białko całkowite				
6	Bilirubina całkowita				
7	Cholesterol całk.				
8	Cholesterol HDL bezpośredni				
9	Glukoza				
10	Fosfor				
11	GGT				
12	Kreatynina				
13	Kwas moczowy				
14	Magnez				
15	Mocznik				
16	Wapń				
17	Triglicerydy				
18	Żelazo				
19	Surowice kontrolne				
20	CRP na aparat PICTUS + kontrola				

Materiały zużywalne do aparatu PICTUS 400

Lp.	Nazwa materiału	Opakowanie	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	Kuwety				
2	Płyn myjący do sondy R1 + R2				
3	Płyn płuczący R3				
4	Buteleczki reagentowe				

Uwagi:

1. Pakiet odczynników stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi
2. Wymagane są aplikacje na aparat PICTUS 400

VI. Szybkie testy

Lp.	Szybkie testy	Opakowanie (pojemność)	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	SYFILIS krew/surowica – pasek				
2	FOB (bez diety)- kał – kasetka+aplikat.				
3	H. Pylori krew/surowica - kasetka				

VII. Testy Lateksowe Aglutynacyjne

Lp.	Testy Aglutynacyjne (Lateksowe)	Opakowanie (pojemność)	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	ASO - surowica				
2	RF - surowica				
3	CRP - surowica				
4	Waalera Rose - surowica				

VIII. Analiza moczu aparat DIRUI

Lp.	Analityka ogólna	Opakowanie (pojemność)	Cena jednostkowa brutto	Nr katalogowy	Uwagi
1	Paski do moczu				
2	Mocz kontrolny poziom normalny i patologiczny				
3	Odczynnik EXTONA				
4	Kwas Trójchlorooctowy				

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz zdobyłem potrzebne informacje do przygotowania oferty.
2. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Akceptuję termin płatności za faktury w terminie 21 dni od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury.
4. Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym do złożenia oferty warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że towar będący przedmiotem umowy spełnia wszystkie obowiązujące normy jakościowe i jest dopuszczony do obrotu.
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o którym mowa w art., 108 NPZP.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)