

Barcin, 26.09.2022 r.

DIAG-MED.

ul. Modułarna 11 A, Budynek H3
02-238 Warszawa

Dotyczy ZO-03/2022

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w Części IV w punkcie 4 dopuści zaproponowanie analizatora kompaktowego do ustawienia na stole laboratoryjnym o wadze równej 70,6 kg i następujących wymiarach wys. 600mm, szer. 655mm, gł. 840mm ?

Wyspecyfikowany wymóg nie daje Zamawiającemu jakichkolwiek korzyści, jest niemerytoryczny i służy jedynie ograniczeniu konkurencji.

Odpowiedź: NIE - analizator jest za duży na nasze warunki (brak miejsca)

2. Czy Zamawiający w Części IV w punkcie 10 wyrazi zgodę na objętość próbki dla krwi pełnej wynoszącą 25uL?

Odpowiedź: TAK

Jednocześnie zwracamy uwagę iż wymóg wykonania oznaczenia z minimalnej ilości krwi nie powinien być ograniczany zdolnością aparatu do wykonania badania lecz minimalną objętością próbki koniecznej do pobrania od pacjenta w celu zapewnienia właściwej jakości próbki. Obecnie na rynku najmniejsze próbówki pierwotne wymagają minimum 200ml dla krwi włośniczkowej i 1000 ml dla krwi żyłnej z czego do badania pobierana jest minimalna ilość z podanych objętości krwi. W przypadku konieczności wykonania rozmazu – w trybie manualnym lub automatycznym na aparacie ilość krwi pozostała w próbówce po analizie zapewnia uzyskanie dobrej jakościowo próbki. Ponadto krew pobrana do próbówki hematologicznej nie może być wykorzystana w żadnym innym rodzaju badań ze względu na zastosowanie antykoagulantu, w związku z czym wprowadzenie zapisu ograniczającego objętość próbki do 15µl nie mają istotnego znaczenia praktycznego i służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji.

3. Czy Zamawiający w Części IV w punkcie 11 wyrazi zgodę na błąd przeniesienia WBC,RBC i HGB $\leq 1\%$?

Odpowiedź: TAK

4. Czy Zamawiający w Części IV w punkcie 13 wyrazi zgodę na możliwość wydruku wyłącznie na drukarce zewnętrznej?

Odpowiedź: TAK

Obecny zapis w sposób bezpośredni ogranicza konkurencję nie mając istotnej podstawy merytorycznej, a zaproponowane przez nas rozwiązanie daje użytkownikowi ten sam rezultat.

5. Czy Zamawiający w Części IV w punkcie 15 pozwoli zaproponować analizator z przechowywaniem odczynników poza obudową analizatora i maksymalną liczbą odczynników rutynowych równą 4?

Odpowiedź: DILUNET może być poza obudową

Starszy specjalista ds. nadzoru
statystyki medycznej i marketingu

mgr inż. Agnieszka Szeliņa