

Barcin, 26.09.2022 r.

SBD GROUP Sp. z o.o.  
ul. Al. Jerozolimskie 92  
00-807 Warszawa

Dotyczy Zo-03/2022

### Pytania i odpowiedzi:

W imieniu firmy SBD GROUP sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z analizatorem hematologicznym spełniającym poniższe parametry:

- analizator nowy, rok produkcji nie starszy niż: 2021 wraz z zestawem komputerowym
- pamięć wyników pacjenta **200 000** wraz z histogramami i skategramem
- wydajność analizatora: min. 60 ozn /h
- analizator o wymiarach nie przekraczających: 550x700x600 mm
- waga nie większa od 55kg
- objętość aspirowanej próbki krwi nie więcej niż: 20uL (mikrolitrów)
- parametry analizatora 24 parametry raportowalne plus 4 badawcze :  
RBC; MCV; HCT; RDW-SD; RDW-CV; HGB; MCH; MCHC  
PLT; MPV; PCT; PDW; P-LCR  
WBC; LYM#; LYM%; MON#; MON%; NEU#; NEU%; EOS#; EOS%; BAS#; BAS%  
IG#\*; IG%\*; OTHER\*; OTHER%\*
- trzy tryby pracy: krew pełna, krew kapilarna, wstępnie rozcieńczona
- W trybie pracy z krwią rozcieńczoną analizator sam automatycznie dozuje rozcieńczalnik (diluent)
- aparat wyposażony w system flag automatycznych dla: atypowych limfocytów, niedojrzałych granulocytów  
Po barwieniu fluorescencyjnym, nietypowe limfocyty i niedojrzałe komórki ziarniste dadzą silny sygnał fluorescencyjny kwasu nukleinowego w celu łatwego ich wykrycia.  
(duża pomoc w wykrywaniu nieprawidłowych komórek szpiku oraz rzeźączki)
- 4 wykresy (1 skatergram 2D i 3D, 3 histogramy)
- technologie: konduktometria, kolorymetryczna metoda pomiaru hemoglobiny oparta o bezcyjankowe odczynniki, barwienie fluorescencyjne DNA/RNA i cytometria przepływowa,
- nie więcej niż 4 odczynniki plus płyn czyszczący
- Minimalna ilość kanałów pomiarowych:
  - Niezależny kanał pomiarowy Baso
  - Odrębny kanał DIFF
  - Indywidualny kanał RBC/PLT

Analizator wyposażony w zestaw komputerowy: jednostka centralna, klawiatura, mysz komputerowa, monitor płaskoekranowy, drukarka do wydruku wyników

- Wydruk wyników na drukarce dołączonej do zestawu komputerowego sterującego analizatorem

- bezpłatny serwis aparatu na czas trwania umowy

- dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni

**Odpowiedź: Laboratorium nie jest przystosowane do tak dużego sprzętu.**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Barcinie  
  
mgr Alicja Wiczewska