

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

Do:
(Zamawiający)

Wykonawca.....

Adres.....

REGON..... NIP.....

Nr Tel..... Nr faksu

e-mail.....

Oferta

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: **Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników**, oferujemy wykonanie zadania:

Nazwa analizatora

Rok produkcji

Warunki graniczne analizatora biochemicznego

Lp.	Parametry	TAK/NIE
1	Analizator biochemiczny nowy lub po aktualnym przeglądzie potwierdzonym w paszporcie serwisowym, wieloparametrowy, swobodnego dostępu, na stołowy, wielkość do 1 m szerokości – uwarunkowane powierzchnią w laboratorium	
2	System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej	
3	Wydajność analizatora min. 350 oznaczeń fotometrycznych na godzinę	
4	Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych , witaminy D,	
5	Przedział odczynnikowy na min. 40 miejsc. Możliwość zastosowania 1-4 odczynników na test. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych	
6	Uzupełnienie odczynników, próbek kuwet w każdej fazie pracy aparatu (bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.), monitorowanie zbiorników na wodę i ścieki	
7	Chłodzenie odczynników pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora,	
8	Minimum 50 pozycji na próbki badane,	
9	Analizator zużywający poniżej 3 litrów wody na godzinę pracy aparatu, bez stacji uzdatniania wody	
10	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek i kubeczków na surowicę, czytanie wartości kontroli, kalibratorów, aplikacji za pomocą skanera kodów	
11	Automatyczne rozcieńczanie próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m. in. dla stężonych kalibratorów	
12	Kuwety jednorazowe, automatyczny zmieniacz kuwet. Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie do 300 ul.(ew. kuwety wielorazowe z systemem myjącym).	

13	Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguł Westgarda. Dzielne i zbiorcze raporty kontrolne	
14	UPS - podtrzymujący pracę analizatora i komputera	
15	Wykonawca dostarczy autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje na oferowane odczynniki i ich karty charakterystyki .	
16	Zamawiający w każdym momencie może żądać dostarczenia metodyk, aplikacji, folderów itd.. w toku oceny ofert. Bezpłatna instalacja i szkolenie z obsługi analizatora	
17	oprogramowanie w języku polskim	
18	Termin dostawy i instalacji aparatu do 7 dni od dnia podpisania umowy.	
19	Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy.	
20	Bezpłatny serwis w trakcie obowiązywania umowy	
21	Analizator wyposażony w niewymienną lampę jako źródło światła lub nieodpłatna wymiana lampy w okresie dzierżawy oraz detektor skrzepów	
22	Analizator i odczynniki tego samego producenta	
23	Usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny	

ODCZYNNIKI DEDYKOWANE

Nr kat	Nazwa	Wielkość op.(ml)	Ilość ozn. w op.	Cena 1 op. brutto	Cena 1 ozn. brutto	Ilość badań na rok	Ilość op. na czas umowy	Wartość brutto
	ALKALICZNA FOSFATAZA					200		
	AMYLAZA					700		
	ALT/GPT					3500		
	AST/GOT					2500		
	BIAŁKO CAŁKOWITE					150		
	BIAŁKO W MOCZU					900		
	BILIRUBINA CAŁKOWITA					1000		
	CHOLESTEROL CAŁKOWITY					4500		
	CRP					2300		
	FOSFOR					150		
	GGT					700		
	GLUKOZA					5800		
	HDL - CHOLESTEROL					4000		
	KREATYNINA					5000		
	KWAS MOCZOWY					2000		
	LDL - CHOLESTEROL					400		
	MAGNEZ					400		
	MOCZNIK					600		
	TRIGLICERYDY					4500		
	WAPŃ CAŁKOWITY					350		
	WITAMINA D					200		
	ŻELAZO					1300		

KALIBRATORY/ KONTROLE

Nr kat	Nazwa	Wielkość op. (ml)	Cena 1op. brutto	Ilość op. na czas umowy	Wartość brutto

MATERIAŁY ZUŻYWALNE

Nr kat.	Nazwa	Wielkość op.	Cena 1 op. brutto	Ilość op. na czas umowy	Wartość brutto

Podane w tabeli szacunkowe liczby badań mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i w związku z tym nie stanowią zobowiązania ani podstaw do roszczeń odszkodowawczych.

Odczynniki

ŚREDNIA CENA BRUTTO ZA 1 OZNACZENIE :

ŁĄCZNY KOSZT NA CZAS UMOWY (1 ROK) :

łącny KOSZT na CZAS umowy (2 LATA)

Dzierżawa analizatora

DZIERŻAWA ANALIZATORA NA CZAS TRWANIA UMOWY (2 LATA) –BRUTTO :

RATA DZIERŻAWY 1 m-c (BRUTTO) :

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz zdobyłem potrzebne informacje do przygotowania oferty.
2. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Akceptuję termin płatności za faktury w terminie 21 dni od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury.
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o którym mowa w art., 108 NPZP.

.....
(podpis i pieczętka wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Niniejszym składając ofertę na zadanie pod nazwą

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

Oświadczam, że

.....
(nazwa i siedziba „Wnioskodawcy”)

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ustawy PZP.

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu