

ZO-04 /2023

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin NIP 5621565793 zaprasza do udziału w postępowaniu na zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł.
2. Przedmiot zamówienia: **Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników**
 1. Parametry analizatora
 - 1) Analizator biochemiczny nowy lub po aktualnym przeglądzie, potwierdzonym w paszporcie serwisowym, wieloparametrowy, swobodnego dostępu, na stołowy, wielkość do 1 m szerokości – uwarunkowane powierzchnią w laboratorium
 - 2) System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej
 - 3) Wydajność analizatora min. 350 oznaczeń fotometrycznych na godzinę
 - 4) Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, witaminy D,
 - 5) Przedział odczynnikowy na min. 40 miejsc. Możliwość zastosowania 1-4 odczynników na test. Identyfikacja odczynników z zastosowaniem wewnętrznego czytnika kodów paskowych
 - 6) Uzupełnienie odczynników, próbek kuwet w każdej fazie pracy aparatu (bez konieczności zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.)monitorowanie zbiorników na wodę i ścieki
 - 7) Chłodzenie odczynników pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora.
 - 8) Minimum 50 pozycji na próbki badane.
 - 9) Analizator zużywający poniżej 3 litrów wody na godzinę pracy aparatu, bez stacji uzdatniania wody
 - 10) Wewnętrzny czynniki kodów paskowych dla próbek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek i kubeczków na surowicę, czytanie wartości kontroli kalibratorów, aplikacji za pomocą skanera kodów
 - 11) Automatyczne rozcieńczanie próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. Możliwość przygotowania szeregu rozcieńczeń m. in. dla stężonych kalibratorów
 - 12) Kuwety jednorazowe, automatyczny zmieniacz kuwet. Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie do 300 ul. (ew. kuwety wielorazowe z systemem myjącym).
 - 13) Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguł Westgarda. Dzielne i zbiorcze raporty kontrolne
 - 14) UPS - podtrzymujący pracę analizatora i komputera
 - 15) Wykonawca dostarczy autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje na oferowane odczynniki i ich karty charakterystyki

- 16) Zamawiający w każdym momencie może żądać dostarczenia metodyk, aplikacji, folderów itd.. w toku oceny ofert. Bezpłatna instalacja i szkolenie z obsługi analizatora
 - 17) Oprogramowanie w języku polskim
 - 18) Termin dostawy i instalacji aparatu do 7 dni od dnia podpisania umowy.
 - 19) Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy.
 - 20) Bezpłatny serwis w trakcie obowiązywania umowy
 - 21) Analizator wyposażony w niewymienną lampę jako źródło światła lub nieodpłatna wymiana lampy w okresie dzierżawy analizatora oraz detektor skrzepów.
 - 22) Analizator i odczynniki tego samego producenta
 - 23) Usunięcie awarii analizatora w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.
2. Dedykowane odczynniki:
- 1) ALKALICZNA FOSFATAZA
 - 2) AMYLAZA
 - 3) ALT/GPT
 - 4) AST/GOT
 - 5) BIAŁKO CAŁKOWITE
 - 6) BIAŁKO W MOCZU
 - 7) BILIRUBINA CAŁKOWITA
 - 8) CHOLESTEROL CAŁKOWITY
 - 9) CRP
 - 10) FOSFOR
 - 11) GGT
 - 12) GLUKOZA
 - 13) HDL-CHOLESTEROL
 - 14) KREATYNINA
 - 15) KWAS MOCZOWY
 - 16) LDL-CHOLESTEROL
 - 17) MAGNEZ
 - 18) MOCZNIK
 - 19) TRIGLICERYDY
 - 20) WAPŃ CAŁKOWITY
 - 21) WITAMINA D
 - 22) ŻELAZO

Brak możliwości dzielenia zadań.

- Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w formularzu ofertowym do poszczególnych zakresów zamówienia, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego.

- Ilości podane w formularzu ofertowym stanowią szacunkowe roczne zapotrzebowanie i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do ilości przedstawionych w formularzu ofertowym i nie stanowią one zobowiązań ani podstaw do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego .

3. Termin realizacji zamówienia:
 - a) Dostawa analizatora do 7 dni od podpisania umowy.

- b) Dostawa odczynników po każdorazowym zamówieniu do 5 dni roboczych.
4. Termin trwania umowy dzierżawa analizatora 2 lat, ceny odczynników 2 lata od dnia podpisania umowy.
 5. Okres gwarancji – czas trwania umowy w przypadku awarii analizatora jego naprawa lub wymiana na nowy.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty: Administracja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin, 10.08.2023 r. godz. 13.00.
 7. Kryteria oceny : cena 100 %
 8. Termin otwarcia ofert: 10.08.2023 r. godz. 13.05
 9. Warunki płatności: 21 dni po każdorazowym złożeniu zamówienia
 10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Pietras
laboratorium@spzozbarcin.pl
 11. Sposób przygotowania oferty:
 - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim,
 - ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej w języku polskim,
 - ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres podany powyżej w punkcie 1,
 - ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej statystyka@spzozbarcin.pl
 - ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres poczty statystyka@spzozbarcin.pl
 - Oferty złożone w formie elektronicznej powinny być zaszyfrowane. Kody dostępu należy przestać w dniu otwarcia ofert tj. 10.08.2023 od 13.00 - 13.05
 12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 NPZP (przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania). Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia wykonawcy.
 13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
 1. jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty ze Opisem wymagań Zamawiającego;
 2. niezgodną z Kodeksem cywilnym;
 3. jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 5. nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
 14. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:

- 1) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
- 2) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych

15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.

Jeżeli zaofferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.

16. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty te zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi niewykluczonymi Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyższej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyższej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1. zmiany treści zapytania ofertowego.
2. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy.

18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.spzozbarcin.4bip.pl>

p/o dyrektora SPZOZ w Barcinie